

# 中美醫院檢驗科 公告

公告日期：2024/06/14

主旨：AST(GOT)與 CRE 試劑廠牌更換，故進行參考值變更。

項目	原參考值	變更後參考值
AST(GOT)	男:<35/女:<31 U/L	8~38 U/L (無區分性別) 預計啟用日期：2024/06/24
CRE	男:0.7~1.3/女: 0.6~1.1 mg/dL	男:0.72-1.18/女:0.55-1.02 mg/dL 預計啟用日期：2024/06/16

CRE 新試劑之檢驗結果比原試劑偏低-0.34 至-0.47 之間，詳見本公告附件「檢體比對表」。

實驗室主管 陳律吾

2024/06/14



# 中美醫院檢驗科

CRE試劑更換，進行檢體比對。2024/06/14

檢體編號	原試劑(X)	新試劑(Y)	差距值(Y-X)	差距%(Y-X)/X
06143031	0.86	0.4	-0.46	-53.5%
06143041	0.91	0.59	-0.32	-35.2%
06143032	0.95	0.62	-0.33	-34.7%
06143066	1.05	0.71	-0.34	-32.4%
06143072	1.28	0.9	-0.38	-29.7%
04033024	1.85	1.48	-0.37	-20.0%
04033123	2.02	1.65	-0.37	-18.3%
06055020	3.11	2.66	-0.45	-14.5%
06063050	8.11	7.64	-0.47	-5.8%
04088120	11.43	11.04	-0.39	-3.4%

CRE新試劑之檢驗結果比原試劑偏低-0.34至-0.47之間。

